液状化検体細胞診システム

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

　機器名：液状化検体細胞診システム

（内訳）

１　液状化検体細胞診システム本体　　　１台

２　その他必要条件

１　障害支援体制

２　設置条件

３　その他

３　入札機種のうち医療用具に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の承認を得た物品であること。

１　調達物品の構成内容と必要な仕様

１－１　本体

1-1-1　液状化処理された細胞をスライドガラスに塗抹することができること。

1-1-2　塗抹プログラムは、婦人科、非婦人科を分けて対応できること。

1-1-3　塗抹方法は、フィルタを使用する方式であること。

1-1-4　塗抹方法は、スライドへ転写前に、保存液に入った細胞を撹拌し、細胞をフィルタへトラップする方式を用いること。

1-1-5　フィルタは、様々な検体に対応できるよう、婦人科標本（子宮頸部細胞）用のフィルタとそれ以外のフィルタとに分けることができること。

1-1-6　自動的に20検体以上を連続して塗抹できること。

1-1-7　塗抹された標本が即時に固定できるよう、装置内に固定液を置ける場所を設けてあること。

1-1-8　塗抹された標本が自動的に装置内の固定槽に20検体以上並べられて入ること。

1-1-9　使用されたフィルタは、コンタミネーションを防ぐために次に使用できないような処理をすること。

1-1-10　廃液ボトル、無停電装置を付属すること。

２　その他必要条件

２－１　障害支援体制

2-1-1　本機種に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

2-1-2　障害時対応として、修理部品が用意されていること。

2-1-3　サービスエンジニア体制が整っていること。

２－２　設置条件

2-2-1　設置の管理者、運用者に技術指導を行うこと。

2-2-2　納入期限は、平成 27 年　12 月 4 日(金)とする。

2-2-3　納入場所は、附属病院中央棟 3 階病理診断科とする。

2-2-4　指定納入場所への設置に関する据付、配線、調整等の作業は契約金額内で施工すること。

2-2-5　納入機器は、最新機、新造、未使用であること。

２－３　その他

2-3-1　日本語の取扱説明書を提供すること。

2-3-2　品質保証期間は、納入日から 1 年間とする。

2-3-3　適合参考物品　　ThinPrerp 5000 プロセッサ　　品番:71898-001J

メーカー：ホロジックジャパン

2-3-4　同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、平成 27 年 8 月 5 日(水)までに事務局経理課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、平成 27 年 8 月 11 日（火）までにその承認を得ること。

この場合において、適合参考物品以外の物品については、規格等の各項目についてその性能・機能等を十分明らかにしなければならない。

2-3-5　仕様書に関する質問がある場合は、平成 27 年 8 月 5 日(水)までに下記へ書面により行うこと。

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局経理課

〒641-8510

和歌山市紀三井寺８１１－１

TEL　073-441-0721(直) / FAX　073-441-0706